

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK BİLGİ	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI 6515270431212	<p>1- 10 (On) Litrelik oksijen tüpüne uyumlu olmalıdır.</p> <p>2- Oksijen tüpünden gelen basınçlı gazı regüle edip nemlendirerek hastaya vermesini sağlamaya uygun olmalıdır.</p> <p>3- Yüksek basınçlı tüp valfi ile terapi cihazı bağlantı somunu arasında sızdırmazlığı sağlayacak conta bulunmalıdır. Bu conta terapi cihazı ile birlikte verilmelidir.</p> <p>4- Terapi cihazı tüp bağlantı ölçüsü ¾ RH gaz dışı olmalıdır.</p> <p>5- Terapi cihazı bağlantı millisi, ana gövdesi, ana gövde kapağı, flowmetre gövdesi ve ara bağlantı dekora MS 59 piring malzemeden imal edilmiş olup 40 mikron krom-nikel kaplama ile kaplanmış olmalıdır.</p> <p>6- Terapi cihazı üzerindeki tüm yaylar krom telden imal edilmiş olup ısı işleminden geçirilmiş olmalıdır.</p> <p>7- Terapi cihazı üzerinde tüp içerisindeki basınç göstereci ¼ bağlantı ölçülü Q 50 mm 315 bar manometre bulunmalıdır. Manometre kadranı üzerinde TSE ve CE (notifade body no) işaretlemeler bulunmalıdır.</p> <p>8- Flowmetre ayar skalası silinmez baskılı olup max 15 l/dak 1 ipm artışlı olarak dizayn edilmiş olmalıdır. Kalıcı bir şekilde oksijen simgesi ve kalibrasyon sıcaklığı belirtilmiş olmalıdır.</p> <p>9- Oksijen debi ayar millisi paslanmaz çelikten olup istenilen akışın kolay sağlanması için kapatıcı uç kısmı yanmaz plastik malzeme ile kaplı olmalıdır.</p> <p>10- Oksijen terapi cihazı nemlendirme kabı polkarbonat malzemeden imal edilmiş olup darbe ve kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Maksimum ve minimum steril su seviyesi, üretici firma ismi ve yağ ve ateşten korunması için uyarı işaretleri ve yazıları silinmeyecek şekilde yazılmalıdır.</p> <p>11- Oksijen terapi cihazı gösterge ve nemlendirme kabı polkarbonat malzemeden imal edilmiş 134 C derecede steril edilebilir olmalıdır. Nemlendirme kabı alt kısmında silinmeyecek şekilde kabartma halinde belirtilmelidir. Nemlendirme kabı 150 ml kapasiteli olmalıdır.</p> <p>12- Oksijen terapi cihazı nemlendirme kabı takımı piring gövde üzerine el ile montaj edilebilir çıkarılabilir olmalıdır. Bağlantı somunu 9/16 diş ölçüsünde olmalıdır. Kırılmalara karşı mukavim olmalıdır. Kendi eksenli etrafında dönme imkânına sahip olmalıdır. Piring gövdeye bağlantı somunu ve bağlantı mil paslanmaz çelik(krom) hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>13- Oksijen terapi cihazı nemlendirme kabı kapağı yanmaz plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kavanoz içerisindeki gaz sıkışmasını önlemek amacı ile kavanoz kapağı üzerinde gaz tahliye emniyet sibobu bulunmalıdır. Nemlendirme kavanoz kapağı ile kavanoz arasında sızdırmazlık eleman bulunmalıdır.</p> <p>14- Oksijen terapi cihazı merkezi sistemden gelen OKSİJEN gazını filtrasyon yaparak hastaya gönderilmesini sağlayan 134 C de steril edilebilecek filtre olmalıdır.</p> <p>15- Oksijen debi ayar düğmesi üzerinde gaz cinsi ve açma-kapama yönü silinmeyecek şekilde kabartma olarak belirtilmiş olmalıdır.</p> <p>16- Terapi cihazı ana gövde kapağı kullanıncıyı korumak amaçlı aşağıya doğru bakmaktadır.</p> <p>17- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir. Ambalaj içinde kullanma talimatı bulunmalıdır.</p> <p>18- Üretim ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.</p> <p>19- Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.</p>	3	ADET
2	OKSİJEN TÜPÜ REGÜLATÖRÜ	REGÜLATÖR BASINÇ 651527HDS3575	<p>1- 1 (Bir) ve 2 (iki) Litrelik oksijen tüplerine uyumlu olmalıdır.</p> <p>2- Oksijen tüpünden gelen yüksek basınçlı regüle edip hasta için istenilen gaz çıkışının ayarlanmasını sağlamalıdır.</p> <p>3- Tüp bağlantı ölçüsü ¾ olup elle veya araçlar yardımı ile montaj yapılmalıdır.</p> <p>4- Oksijen basınç düşürücü ana gövde, kapak, ve bağlantı elemanları piring (ms 59) malzemeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır.</p> <p>5- Kullanıcıyı koruma amaçlı basınç düşürücünün ana gövde kapağı ve ayar kelebeği aşağı doğrultuda bakmalıdır.</p> <p>6- Basınç düşürücü 315 bar giriş basıncını ve 15 l/dak çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.</p> <p>7- Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısı işleminden geçirilmiş olmalıdır.</p> <p>8- Kullanıcıyı korumak amaçlı ile basınç düşürücü üzerinde emniyet sibobu bulunmalıdır.</p> <p>9- Basınç düşürücü çıkış bağlantısı kanul veya maske kullanımına uygun hortum yerli olmalıdır.</p> <p>10- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir. Ambalaj içinde kullanma talimatı olmalıdır.</p> <p>11- Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.</p> <p>12- Ücret karşılığında 10 (on) yıl süre ile yedek parçası olmalıdır.</p> <p>13- Basınç düşürücü CE belgelidir.</p> <p>14- Ürün TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.</p>	4	ADET

SA

Teslim Yeri: Sıncı Ana Jet Üs Kılığı Merzifon Samsun Yolu 7 KM TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi Merzifon/AMASYA

Teslim Şekli: Tek parti halinde teslim edilecektir.

Teslim Süresi: Fiyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 15 (Onbeş) iş günüdür.

Ürdine Alt Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar: Teknik özellikler kısmında belirtilmiştir.

Kontrol ve Muayene ile ilgili Hususlar: Malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi yapılacaktır. Kontrol ve Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

Fonksiyon Testi: Malzemelerin fonksiyon testleri Yüklenici tarafından yaptırılacak. İdareye "Fonksiyon Testi Sonuç Raporu" veya buna benzer bir rapor tanzim edilerek sunulacaktır. Fonksiyon testine tabi tutulan yedek parçalar veya ana cihaz hasarlarını veya kullanılmaz hale gelirse, yedek parça veya ana cihaz yüklenici tarafından tekrar temin/taamir edilecektir. Bu tip durumlarda idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sözleşme ile ilgili Hususlar: Sözleşme yapılmayacaktır.

Garanti ile ilgili Hususlar: Garanti süresi sözleşme konusu mal (mallar) , 13 Haziran 2014 gün ve 29029 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair tebliğde bulunan " Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer alıyor ise yüklenici tarafından garanti belgesi verilecektir. Alınacak mal "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer almıyor ise yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi tanzim edilerek idareye verilecektir. Garanti Taahhütnamesinin damga vergisi firma tarafından yatırılacak olup makbuzu ilgili Mal Sayımına verilecektir.

Montaja ilişkin hususlar: -

Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV harçtır. Alınma ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirimeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYAN

Serkay AKYAN
Hh Sağ. Aşb. Açış.

ONAY MAKAMI
24.03.2021

Ailla TEKİN
Hava Tabip Yarbay
Sağlık Amiri

KONTROL EDEN

Emin ÖZEMEN ER
Hv Sağ. Aşb. Kd. Üçvş.